

Teknisk fil för *Visir VRIGSTAD COVID*

VRIGSTAD COVID har utvecklats för att användas som skydd mot droppsmitta och stänk av tex kroppsvätskor och andra lösningar. Visiret är avsett för användas inom vård och omsorg. Visiret är ett lätt och praktiskt ansiktssvisir för flergångsbruk* och kan vid behov även användas tillsammans med munskydd, och vissa andningsskydd och glasögon.

Vrigstad COVID består av ett plastvisir med svettband i polyeter och fästband i polyeten med dubbade ändar. Se bild och vidare specifikation, bilaga **VRIGSTAD COVID teknisk specifikation**.



Skyddet har utvecklats för att möta kraven i CE (Covid 19) MET5659.

Skyddet har typprovnats enligt metod MET5659, av RISE Research Institutes of Sweden AB, se bilaga 2P05898-01 Triple Sign System AB Face shield Vrigstad acc. to method MET5659.

En riskanalys är gjord, se bilaga **Visir VRIGSTAD COVID 20200826 riskanalys**.

Skyddet kommer att ha följande märkning, se nedan. Etiketten monterad på plastskivan vid sidan svettbandet.



En bruksanvisning har tagits fram, se bilaga **Bruksanvisning Vrigstad Covid ver4**.

Specifikation av skyddet: Se bilaga **Beskrivning av visir VRIGSTAD COVID och dess avsedda användning**.

Skyddets utformning framgår av bilaga **VRIGSTAD COVID teknisk specifikation**

Skyddet tillverkas hos Triple Sign System AB, Källebergsvägen 9, 576 96 Vrigstad.

Före, under och efter tillverkningsprocessen kommer följande provning och kontroller ske, se bilaga Kontrollplan visir Vrigstad 20200415