

BORT KubiFX lang Ellenbogen-Orthese



Gebrauchsanweisung

REF 055 400



D05540012020-011002 ML

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

DE BORT KubiFX lang Ellenbogen-Orthese

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Medizinprodukt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks.

Indikationen

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, Epicondylitis, nach Burssektomie

Kontraindikationen

Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperlern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt

Anwendungsrisiken / Wichtige Hinweise ⚠

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- bei Taubheitsgefühl oder Druckstellen Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt

Anziehanleitung

Die Orthese ist einteilig und besitzt ein frei positionierbares Ellenbogenpolster, welches in die Orthese eingeklettet ist. Vor dem Anlegen der BORT KubiFX Ellenbogen-Orthese müssen die zwei vorgebogenen Aluminiumschienen, welche sich in den Schienentaschen an der Rückseite der Orthese befinden, entsprechend der gewünschten Beugstellung, in der das Ellenbogengelenk fixiert werden soll, angeformt werden. Die an der Armunterseite (volar) in die Orthese eingearbeitete und vorgeformte Aluminiumschiene kann ebenfalls bei Bedarf nachgeformt werden. Anschließend wird das Ellenbogenpolster positioniert und die Fixierbänder, die mit einer Durchschlupfsperre versehen sind, durch die D-Ringe geführt.

Die Orthese kann nun am Arm angelegt werden; die Ellenbogenspitze muss in der Biegung (Kurvatur) der Aluminiumschienen auf dem Polster liegen. Der erste Klettverschluss wird über die Kommissur zwischen Daumen und Zeigefinger geführt und auf der Orthese festgeklettet. Die bereits durch die D-Ringe geführten Fixierbänder werden – beginnend am Unterarm – gestrafft und geschlossen.

Abschließend kontrollieren, ob das Ellbogengelenk zwar sicher fixiert wird,

jedoch keine Stauungen der Blutzirkulation auftreten. Die auf der Innen- und Außenseite im Bereich der Ellenbeuge angebrachten Umkehrzängel dient als zusätzlicher Streckhemmer und wird individuell eingestellt. Um das Anlegen zu erleichtern, kann die Schlupfhilfe am Oberarm gegebenenfalls durch herausschneiden entfernt werden.

Ablegen

Zum Ablegen des Produkts die Gurtbänder lösen die Orthese vom Arm abnehmen.

Materialzusammensetzung

PUR-Schaum (PUR), Baumwolle (CO), Polyamid (PA)
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingnähten Textiletikett.

Reinigungshinweise

☑ Schonwaschgang ☒ Nicht chemisch reinigen ☒ Nicht bleichen (nur mit Color- oder Feinwaschmittel waschen) ☒ Nicht im Wäschetrockner trocknen ☒ Nicht bügeln
Keinen Weichspüler verwenden. Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Würden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der benannten Stelle Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/md-eu-kontakt.

Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/konformitaet

Stand: 10.2019

MD Medizinprodukt | Einzeln Patient – mehrfach anwendbar

EN BORT KubiFX Long elbow brace

Many thanks for placing your trust in a medical device from BORT GmbH. Please read the existing instructions for use carefully. If you have any questions, please refer to your physician or the specialist retailer from whom you purchased this medical device.

Intended purpose

This medical device is a brace for immobilisation of the elbow joint with immobilisation of the proximal radial ulnar joint.

Indications

Pre-operative, post-operative, post-traumatic, e.g. in case of proximal sulcus ulnaris syndrome, descending tendinopathy, epicondylitis, following bursectomy.

Contraindications

Lymph drainage disorders, also unclear soft tissue swellings distal to the aid positioned, sensory and circulatory disorders with the region of the body treated, skin diseases in the part of the body treated.

Application risks / Important notes ⚠

This medical device is a prescribable product. Discuss the use and duration with your treating physician. The expert staff from whom you have received the medical device will select the appropriate size and instruct you regarding its use.

- remove the medical device prior to radiological examinations
- in case of numbness or pressure sores, loosen the medical device and remove it if necessary
- in case of persistent complaints, consult the physician or specialist retailer
- use the medical device in accordance with therapeutic needs
- only use other products simultaneously after consultation with your physician
- do not make any changes to the product
- do not wear it on open wounds
- do not use in case of intolerance of one of the materials used
- no re-use – this medical aid is intended for treating one patient

Fitting instructions

The brace is single-piece and has a freely positionable elbow pad which is attached to the brace using Velcro. Before putting the BORT KubiFX Elbow Brace on, the two pre-bent aluminium splints located in the splint bags on the reverse side of the brace, must be formed in accordance with the desired bending position in which the elbow joint is to be fixed. The pre-moulded aluminium splint integrated into the brace on the lower (palm) side of the arm and can also be reshaped if needed. Following this, the elbow pad is positioned and the fixing straps, which are equipped with a lock against slipping through, are guided through the D rings.

The brace can then be attached to the arm, the tip of the elbow must lie on the bend (curve) of the aluminium splints on the pad. The first Velcro fastener is guided over the commissure between the thumb and the index finger and attached to the brace using Velcro. The D rings already guided using fixing straps are tightened and closes, starting on the forearm. Finally, check that the elbow joint is fixed securely, but no blood flow

congestion is incurred. The reversible strap attached to the inner and outer lining in the vicinity of the antecubital fossa serves as an additional stretching inhibitor and is adjusted individually. In order to ease attachment, the upper arm slip-on aid can be removed by cutting it out if required.

Removal

To remove the product, loosen the belt straps and take the brace off the arm.

Material composition

PUR foam (PUR), cotton (CO), polyamide (PA)
The sewn in textile label provides the precise material composition.

Cleaning information

☑ Delicate wash ☒ Do not clean chemically ☒ Do not bleach (only wash with colour or mild detergents) ☒ Do not dry in a tumble dryer ☒ Do not iron
Do not use fabric conditioner. Close the Velcro fastening to avoid damage to other laundry items. Stretch back into shape and dry in the fresh air.

Guarantee

The legal regulations of the country in which you acquired the product apply to the purchased product. Please contact your specialist retailer if you suspect a warranty claim. Please clean the product before submitting a warranty claim. If the enclosed instructions for use have not been properly observed, the warranty may be impaired or cancelled. The warranty does not cover use of the product inappropriate for the indication, non-observance of application risks, instructions and unauthorised modifications to the product.

Useful life / Lifetime of the product

The lifetime of the medical device is determined by its natural wear and tear if treated appropriately and as recommended.

Duty of notification

If a serious worsening of the state of health occurs when using the medical device, you are obliged to notify the specialist dealer or us as the manufacturer and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

You can find our contact information in these instructions for use. You can find the contact information for the appointed authority for your country under the following link: www.bort.com/md-eu-contact.

Disposal

Upon the termination of use, the product must be disposed of in accordance with the corresponding local requirements.

Declaration of conformity

We confirm that this device conforms with the requirements of REGULATION (EC) NO. 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. You can find the current declaration of conformity under the following link: www.bort.com/conformity

Status: 10.2019

MD Medical device | Single patient – multiple use

FR BORT KubiFX Orthese longue pour le coude

Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à l'un des dispositifs médicaux de la société BORT GmbH. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. En cas de question, consultez votre médecin ou le magasin spécialisé qui vous a fourni ce dispositif médical.

Utilisation prévue

Ce dispositif médical est une orthèse d'immobilisation de l'articulation du coude avec immobilisation de l'articulation radio-ulnaire proximale.

Indications

Pré-opératoire, post-opératoire, post-traumatique, p. ex. en cas de syndrome du nerf ulnaire proximal, de tendinopathie descendante, d'épicondylite, après une bursectomie.

Contre-indications

Troubles de la circulation lymphatique y compris tuméfaction des tissus mous d'origine inconnue de l'aide posée, troubles de sensation et de la circulation

sanguine des régions corporelles traitées, maladies cutanées sur les zones traitées.

Risques inhérents à l'utilisation / Remarques importantes ⚠

Ce dispositif médical est un produit prescrit sur ordonnance. Consultez votre médecin prescripteur pour en connaître l'utilisation et la durée de port. Le choix de la taille ainsi qu'une présentation du produit seront réalisés par le personnel spécialisé qui vous fournira ce dispositif médical.

- retirer le dispositif médical avant les examens radiologiques
- en cas de sensation d'engourdissement ou de points de pression, desserrer ou retirer éventuellement le dispositif médical
- consulter un médecin ou un magasin spécialisé en cas de gêne persistante
- utiliser le dispositif médical conformément aux indications
- utilisation simultanée d'autres produits exclusivement sur avis de votre médecin
- ne pas modifier le produit
- ne pas porter sur des plaies ouvertes
- ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des matériaux utilisés
- ne pas réutiliser. Ce dispositif est conçu pour le soin d'un seul patient.

Instruction d'application

L'orthèse est constituée d'une seule pièce et possède un rembourrage au niveau du coude positionnable et monté dans l'orthèse. Avant la pose de BORT KubiFX orthèse pour le coude, les deux baleines en aluminium pré-courbées situées dans les poches figurant au dos de l'orthèse doivent être formées selon le fléchissement souhaité dans lequel l'articulation du coude doit être fixée. La baleine en aluminium préformée et intégrée à la partie de l'avant-bras (volar) dans l'orthèse peut être aussi reformée en cas de besoin. Le rembourrage du coude est ensuite positionné et les bandes de fixation comportant un système de blocage passent par les anneaux D. L'orthèse peut être maintenant montée au bras ; la pointe du coude doit se trouver sur le rembourrage dans le fléchissement (courbure) des baleines en aluminium. Le premier velcro passe par la commissure entre le pouce et l'index et est monté sur l'orthèse. Les bandes de fixation (commençant par l'avant-bras) passent déjà par les anneaux D sont serrées et fermées. Contrôlez enfin que l'articulation du coude est bien fixée, mais que la circulation sanguine n'est aucunement bloquée. La bride réversible posée sur la partie inférieure et extérieure au niveau du pli du coude évite en supplément que le coude ne s'étire et est réglée sur-mesure. Pour faciliter la pose, l'aide à l'enfilage sur le haut du bras peut être éventuellement retirée en coupant.

Retirer

Pour retirer le produit, desserrer les sangles et enlever l'orthèse du bras.

Composition

Mousse PUR (PUR), coton (CO), polyamide (PA)

Vous trouverez la composition exacte sur l'étiquette textile cousue au produit.

Conseils de lavage

🧼 Lavage délicat 🚫 Ne pas nettoyer à sec 🧼 Ne pas blanchir (laver exclusivement avec une lessive pour couleurs ou pour linge délicat) 🚫 Ne pas sécher au sèche-linge 🔄 Ne pas repasser Ne pas utiliser d'assouplissant. Fermer les velcros pour éviter d'endommager d'autres vêtements. Mettre en forme et faire sécher à l'air libre.

ES BORT KubiFX Órtesis de codo larga

Muchas gracias por confiar en un producto sanitario de BORT GmbH. Lea atentamente estas instrucciones de uso. Si le surge cualquier duda, consulte a su médico o al distribuidor especializado en el que ha adquirido este producto sanitario.

Uso previsto

Este producto sanitario es una órtesis para la inmovilización de la articulación del codo que inmoviliza la articulación radiocubital proximal.

Indicaciones

Tendinopatía descendente preoperatoria, postoperatoria o postraumática, p. ej., en caso de atrapamiento del nervio cubital, epicondilitis, después de una bursectomía.

Contraindicaciones

Trastornos del drenaje linfático, incluidas inflamaciones de los tejidos blandos de origen desconocido y en zonas alejadas de la zona donde se ha colocado el vendaje, trastornos de sensibilidad y del riego sanguíneo en la zona tratada, enfermedades de la piel en la zona tratada.

Riesgos de aplicación /Indicaciones importantes ⚠

Este producto sanitario es un producto prescribible. Hable con el médico que le ha recetado este producto acerca de su aplicación y duración. El personal especializado que le ha entregado el producto sanitario debe seleccionar el tamaño adecuado del producto y le explicará cómo debe usarlo.

- retire el producto sanitario antes de realizar un examen radiológico
- en caso de entumecimiento o úlceras por presión, afloje el producto sanitario o retírelo de ser necesario
- en caso de molestias persistentes, consulte a su médico o distribuidor especializado
- emplee el producto sanitario de acuerdo con las indicaciones
- emplee simultáneamente con otros productos solo después de haberlo consultado con su médico
- no lleve a cabo ninguna modificación en el producto
- no lo lleve encima de heridas abiertas
- no lo emplee en caso de alergia a alguno de los materiales utilizados
- no debe reutilizarse. Este producto está destinado al cuidado de un solo paciente

Instrucciones de colocación

La órtesis está formada por una sola pieza y tiene fijada mediante velcro una almohadilla para el codo que puede colocarse en la posición que se desee. Antes de colocar la órtesis de codo BORT KubiFX, doble las dos férulas de aluminio precurvadas, que se encuentran en los bolsillos de estas en la parte posterior de la órtesis, para ajustarlas a la posición de flexión en la que desee fijar la articulación del codo. La férula de aluminio precurvada y adaptada en la órtesis en la parte inferior del brazo (en sentido palmar) también se puede reajustar posteriormente de ser necesario. A continuación, coloque correctamente la almohadilla para el codo y pase por las anillas en D las cintas de fijación que incorporan un bloqueo antideslizante. Ahora puede colocar la órtesis en el brazo, asegurándose de que el olécranon queda colocado en la almohadilla, sobre el pliegue (la curvatura) de las férulas de aluminio. Pase el primer cierre de velcro a través de la comisura situada entre el pulgar y el dedo índice y fíjelo en la órtesis. Después, tense y apriete las cintas de fijación que ha introducido antes por las anillas en D, comenzando por el antebrazo.

IT BORT KubiFX Ortesi per il gomito modello lungo

La ringraziamo per aver preferito un dispositivo medico di BORT GmbH. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso. In caso di domande, contattare il medico o il rivenditore specializzato da cui è stato ricevuto questo dispositivo medico.

Destinazione

Questo dispositivo medico è un’ortesi per immobilizzare l’articolazione del gomito con immobilizzazione dell’articolazione radio-ulnare prossimale.

Indicazioni

Preoperatorio, postoperatorio, post-traumatico, ad esempio nella sindrome del solco ulnare prossimale, tendinopatia inserzionale, epicondillite, dopo bursectomia

Controindicazioni

Disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall’ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.

Rischi correlati all’applicazione /Avvertenze importanti ⚠

- Questo dispositivo medico è un prodotto prescribibile. Chiedere informazioni sull’uso e la durata al medico prescrittore. Chiedere informazioni sull’uso e la durata al medico prescrittore. La selezione della misura e delle istruzioni adatte è effettuata dallo specialista da cui ha ricevuto il dispositivo medico.
- rimuovere il dispositivo medico prima di sottoporsi ad esami radiologici
- in caso di intorpidimento o punti di pressione, allentare o, se necessario, rimuovere il dispositivo medico
- se i sintomi persistono, consultare un medico o un rivenditore specializzato
- utilizzare il dispositivo medico secondo le indicazioni
- l’uso simultaneo di altri prodotti può avvenire solo dopo aver consultato il suo medico
- non apportare alcuna modifica al prodotto
- non indossare su ferite aperte
- non utilizzare in caso di incompatibilità con uno dei materiali utilizzati
- non è consentito il riutilizzo del prodotto – il presente ausilio è destinato al trattamento di un solo paziente

Istruzioni per indossare l’articolo

L’ortesi è monopezzo ed è munita di un cuscinetto per il gomito che può essere liberamente posizionato ed è inserito nell’ortesi. Prima di applicare l’ortesi per il gomito BORT KubiFX, è necessario modellare le due stecche in alluminio piegate, situate nelle rispettive tasche sul lato posteriore dell’ortesi, secondo la posizione di flessione desiderata in cui andrà fissata l’articolazione del gomito. Se necessario, è possibile modellare la stecca in alluminio preconformata e incorporata nell’ortesi sul lato inferiore del braccio (volare). Posizionare poi correttamente i cuscinetti per gomito e inserire i nastri di fissaggio, muniti di meccanismo antiscivolo, negli anelli D. L’ortesi può ora essere applicata al braccio; la punta del gomito va posizionata nella curvatura delle stecche in alluminio poggiando sul cuscinetto. La prima chiusura in velcro viene portata tra pollice e indice passando attraverso la commessura e fissata sull’ortesi. I nastri di fissaggio già inseriti negli anelli D vanno stretti e chiusi, iniziando dall’avambraccio. Controllare infine che l’articolazione del gomito sia fissata saldamente, ma

Garantie

Les dispositions légales du pays dans lequel vous vous êtes procuré le produit sont applicables au produit acquis. Veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé si vous suspectez un cas relevant de la garantie. Veuillez nettoyer le produit avant de l’envoyer en cas de recours à la garantie. Si les présentes indications du mode d’emploi n’ont pas été suffisamment respectées, le recours à la garantie peut être impacté ou exclu. Le recours à la garantie est exclu en cas d’utilisation non conforme aux indications, en cas de non-respect des risques inhérents à l’utilisation, en cas d’instructions et de modifications du produit effectuées de votre propre initiative.

Durée d'utilisation /Durée de vie du produit

La durée de vie du dispositif médical est conditionnée par l’usure naturelle et par une utilisation appropriée et conforme.

Obligation de signalement

Si une détérioration grave de l’état de santé d’un patient se produit lors de l’utilisation du dispositif médical, veuillez en informer votre distributeur spécialisé ou nous avertir en tant que fabricant et avertir l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Nos coordonnées figurent dans le présent mode d’emploi. Vous trouverez les coordonnées de l’organisme notifié de votre pays à l’adresse suivante : www.bort.com/md-eu-contact.

Élimination

Le produit doit être éliminé après son utilisation conformément aux dispositions locales.

Déclaration de conformité

Nous attestons que le présent produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. La déclaration de conformité actuelle figure dans le lien suivant : www.bort.com/conformity

État du : 10/2019

MD Dispositif médical | 👤 Un seul patient – à usage multiple

Acto seguido, asegúrese de que la articulación del codo quede bien sujeta, pero sin impedir la circulación sanguínea de la zona. La tira reversible situada

en la parte interior y exterior del pliegue del codo sirve como inhibidor adicional de la extensión y se puede ajustar de forma individual. En caso necesario, se puede retirar el bloqueo antideslizante en la parte superior del brazo recortándolo para facilitar la colocación.

Retirar

Para quitar el producto, afloje las correas y retire la órtesis del brazo.

Composición de los materiales

Espuma de poliuretano (PUR), algodón (CO), poliamida (PA)

Puede consultar la composición exacta en la etiqueta textil cosida en la prenda.

Indicaciones de lavado

🧼 Programa delicado 🚫 No lavar en seco 🧼 No usar blanqueador (lavar solo con detergente para color o para prendas delicadas) 🚫 No lavar en la secadora 🔄 No planchar No utilizar suavizante. Cierre el cierre de velcro para no dañar las otras prendas al lavar la faja. Tiéndala de modo que recupere su forma original y déjala secar al aire libre.

Garantía

Para el producto adquirido se aplican las disposiciones legales del país en el que se ha adquirido el producto. Si sospecha de un caso de garantía, contacte con su distribuidor especializado. Antes de presentar la reclamación de garantía, lave el producto. Si no se han seguido debidamente las indicaciones de las instrucciones de uso, la garantía puede verse afectada o perder su validez. Quedan excluidos de la garantía el uso no conforme a las indicaciones, así como la inobservancia de los riesgos de aplicación o de las indicaciones y las modificaciones no autorizadas en el producto.

Duración de utilización /Vida útil del producto

Si el producto sanitario se maneja y utiliza debidamente, su vida útil viene determinada por el desgaste natural.

Obligación de notificación

Si se produce un incidente que provoque un empeoramiento importante del estado de salud del paciente durante el uso del producto sanitario, notifique el hecho a su distribuidor, a nosotros, el fabricante, o a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). Encontrará nuestros datos de contacto en estas instrucciones de uso. Para conocer los datos de contacto del organismo notificado, visite el siguiente enlace: www.bort.com/md-eu-contact.

Eliminación

Al final de la vida útil, el producto debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

Declaración de conformidad

Confirmamos que este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración de conformidad actual puede consultarse en el siguiente enlace: www.bort.com/conformity

Versión: 10.2019

MD Producto sanitario | 👤 Un solo paciente – uso múltiple

in modo da evitare il ristagno della circolazione sanguigna. Le cinghie di

inversione, posizionate sulla parte interna ed esterna nella regione della piega del gomito, servono a inibire ulteriormente i movimenti d’estensione e sono regolabili singolarmente. Per facilitare l’applicazione, il meccanismo antiscivolo sulla parte superiore del braccio può essere rimosso ritagliandolo se necessario.

Rimozione

Per rimuovere il prodotto, allentare le fascette e rimuovere l’ortesi dal braccio.

Composizione dei materiali

Schiuma di PUR (PUR), cotone (CO), poliammide (PA)

Per l’esatta composizione dei materiali consultare l’etichetta tessile cucita dentro il prodotto.

Istruzioni per la pulizia

🧼 Ciclo delicato 🚫 Non lavare a secco 🧼 Non candeggiare (lavare solo con detersivo per capi colorati o detersivo neutro) 🚫 Non asciugare in asciugatrice 🔄 Non stirare Non utilizzare alcun ammorbidente. Chiudere la chiusura in velcro per evitare che vengano danneggiati altri capi. Mettere il capo in forma e farlo asciugare all’aria aperta.

Garanzia

Per il prodotto acquistato si applicano le leggi del Paese in cui è stato comprato. Se si sospetta un difetto che giustifica una richiesta di intervento in garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Si raccomanda di pulire il prodotto prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia. Se le indicazioni delle istruzioni per l’uso non sono state adeguatamente rispettate, la garanzia potrebbe essere compromessa o annullata. La garanzia è esclusa in caso di utilizzo non conforme alle indicazioni, inosservanza dei rischi correlati all’applicazione e delle indicazioni, come pure in caso di modifiche non autorizzate al prodotto.

Vita utile /durata utile del prodotto

La durata utile del dispositivo medico è determinata dall’usura naturale se maneggiato correttamente e in conformità alle istruzioni per l’uso.

Obbligo di segnalazione

In caso di grave deterioramento dello stato di salute durante l’utilizzo del dispositivo medico, segnalarlo al rivenditore specializzato o a noi in quanto produttori, inoltre in Italia anche al Ministero della Salute. I nostri dati di recapito si trovano in queste istruzioni per l’uso. I dati di recapito dell’organismo notificato nel rispettivo Paese sono indicati nel seguente link: www.bort.com/md-eu-contact.

Smaltimento

Dopo l’uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative locali.

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. La dichiarazione di conformità aggiornata si trova al seguente link: www.bort.com/conformity

Aggiornato al: 10.2019

MD Dispositivo medico | 👤 Singolo paziente – uso multiplo



BORT KubiFX lang-elleboogorthese

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in een medisch product van BORT GmbH. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw arts of de vakhandel waar u dit medische product gekocht hebt.

Beoogd gebruik

Dit medische product is een orthese voor fixatie van het ellebooggewricht met immobilisatie van het proximale radius-ulnagewricht.

Indicaties

Preoperatief, postoperatief, posttraumatisch, bijvoorbeeld bij proximale ulnarisneuropathie, insertie-tendinopathie, epicondylitis, na een bursectomie.

Contra-indicaties

Stoornissen van de lymfe-afvoer en bij onverklaard oedeem van weke delen distaal van het aangelegde hulpmiddel, overgevoeligheids- en doorbloedingsstoornissen van het te behandelen lichaamsdeel, huidaandoeningen van het te behandelen lichaamsdeel.

Gebruiksrisico's/ belangrijke instructies △

Dit medische product is een product dat op voorschrift wordt geleverd. Bespreek het gebruik en de gebruiksduur met de arts die u dit product voorschrijft. De vakhandel bij wie u het product koopt, kiest de juiste maat van het product en geeft u de gebruiksinstructies.

- Dit medische product moet voorafgaand aan radiologische onderzoeken worden afgedaan.
- Bij een doof gevoel of drukplekken moet dit medische product losser worden aangebracht of worden afgedaan.
- Raadpleeg uw arts of de vakhandel bij aanhoudende klachten.
- Dit medische product mag alleen conform de indicaties worden gebruikt.
- Gelijktijdig gebruik van andere producten uitsluitend na overleg met uw arts.
- Breng geen veranderingen aan het product aan.
- Niet dragen op open wonden.
- Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor een van de gebruikte materialen.
- Niet geschikt voor hergebruik: dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor het behandelen van één patiënt.

Aanwijzingen voor het aantrekken

Deze orthese bestaat uit één deel en is voorzien van een vrij te positioneren elleboogpolstering die vastgeplakt is in de orthese. Voorafgaand aan het aanleggen van de BORT KubiFX-elleboogorthese moeten de twee voorgebogen aluminium staven die zich in het vakje aan de achterkant van de orthese bevinden, worden aangepast aan de gewenste buiging waarin het ellebooggewricht gefixeerd moet worden. De aan de onderkant van de arm (volair) in de orthese verwerkte en voorgevormde aluminium staaf kan indien nodig ook worden aangepast. Daarna moet de elleboogpolstering in de juiste positie worden aangebracht en moeten de fixatiebanden die voorzien zijn van een antislipbescherming, door de D-ringen worden geleid. De orthese kan nu aangelegd worden op de arm. De punt van de elleboog moet in de buiging van de aluminium staven op de polstering liggen. De eerste klittenbandsluiting wordt over de weke delen tussen de duim en wijsvinger geleid en op de orthese vastgeplakt. De fixatiebanden die al door de D-ringen zijn geleid, moeten beginnend bij de onderarm worden aangetrokken en gesloten.



BORT KubiFX Loketní ortéza dlouhá

Děkujeme vám za důvěru ve zdravotnický prostředek od společnosti BORT GmbH. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Máte-li dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo specializovaného prodejce, od kterého jste tento zdravotnický prostředek obdrželi.

Účel použití

Tento zdravotnický prostředek je ortéza ke znehybnění loketního kloubu s imobilizací proximálního radioulnárního kloubu.

Indikace

Předoperační, pooperační, posttraumatické např. při syndromu proximálního sulcus ulnaris, descendentjci tendinopatii, epikondylitidě, po bursektomii

Kontraindikace

Poruchy odtoku lymfy a také nejasné otoky měkké tkáně distálně od nasazené pomůcky, senziorické a oběhové poruchy ošetřené oblasti těla, kožní onemocnění v ošetřené části těla

Rizika aplikace/ důležité pokyny △

Tento zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis. Aplikací a dobu trvání si dohodněte se svým předepisujícím lékařem. Vyberte vhodné velikosti a poučení provádí odborný personál, od kterého jste zdravotnický prostředek obdrželi.

- Před radiologickým vyšetřením zdravotnický prostředek odložte.
- V případě znečitlivění nebo otlaků zdravotnický prostředek uvolněte nebo případně sejměte.
- Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře nebo specializovaného prodejce.
- Zdravotnický prostředek používejte podle indikací.
- Současné použití jiných výrobků je dovoleno pouze po konzultaci s vaším lékařem.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.
- Nenoste na otevřených ranách.
- Nepoužívejte při nesnášenlivosti s některým použitým materiálem.
- Nepoužívejte opakovaně – tato pomůcka je určena k ošetření jednoho pacienta.

Návod k navlečení

Ortéza je jednodílná s volně polohovatelným loketním polstrováním, které je vloženo do ortézy. Před přiložením loketní ortézy BORT KubiFX musí být dvě předem ohnuté hliníkové dlahy, které jsou umístěny v kapsách na dlahy na zadní straně ortézy, vytvarovány podle požadované polohy ohybu, ve které má být loketní kloub fixován. Předem vytvarované hliníkové dlahy zapracované do ortézy na spodní straně ramena (volární) lze rovněž podle potřeby dotvarovat. Poté se umístí loketní polstrování a fixační pásky, které jsou opatřeny protiskluzovou zábranou, se provlečou D-kroužky. Ortézu lze nyní přiložit na paži; loketní výběžek musí ležet v ohybu (zakřivení) hliníkových dlah na polstrování. První uzávěr se suchým zipem se provleče přes komisuru mezi palcem a ukazováčkem a pevně zapne na ortéze. Fixační pásky již provlečené D-kroužky se od předloktí napnou a zapnou.



BORT KubiFX Pikk Küünarliigese ortoos

Täname BORT GmbH meditsiiniseadme kasutamise eest. Palun lugege käesolevat kasutusjuhend hoolikalt läbi. Küsimuste korral pöörduge oma arsti või edasimüüja poole, kelle käest selle meditsiiniseadme saite.

Otstarve

Käesoleva meditsiiniseadme näol on tegu ortoosiga, mis on mõeldud küünarliigese fikseerimiseks koos proksimaalse kodar- ja küünarluu liigese liikumatuks muutmisega.

Näidustused

Operatsioonieelselt, operatsioonijärgselt, traumajärgselt, nt proksimaalse sulcus ulnarise sündroomi, destsendeeruva tendinopaatia, epikondüüliidi korral, bursektoomia järel

Vastunäidustused

Lümfiringehäired, ka ebaselge põhjusega pehmete kudede tursed paigaldatud abivahendist eemal asuvates kehaosades, sensoorsed ja verevarustushäired vastavas keha piirkonnas, nahahaigused vastaval kehaosal

Kasutamisega seotud ohud/ olulised juhised △

Käesolev meditsiinisead on toode, mis on teatavatel juhtudel väljastatu retsepti alusel. Konsulteerige oma arstiga kasutamise ja kestuse suhtes. Sobiva suuruse valii ja toote kasutamist juhendab eripersonal, kellelt meditsiiniseadme saite.

- eemaldage meditsiiniseadme enne radioloogilisi uuringuid
- tundetuse või muljumiskohtade korral lõdvendage meditsiiniseadet või võtke see ära
- kaebuste püsimise korral võtke ühendust arsti või edasimüüjaga
- kasutage meditsiiniseadet näidustuste kohaselt
- muude toodete samaaegne kasutamine üksnes kokkuleppel teie arstiga
- ärge muutke toodet
- mitte kanda lahtistel haavadel
- ärge kasutage mõne kasutatud materjali talumatuse korral
- ei ole taaskasutatav – käesolev abivahend on mõeldud ühe patsiendi jaoks

Paigaldusjuhised

Ortoos on üheosaline ja sellel on paigutatav küünarnukipolster, mis on ortoosi kinnitatud takjakinnitusega. Enne BORT KubiFX küünarliigese ortoosi paigaldamist tuleb kahte eelpainutatud aluminiiumtuge, mis asuvad ortoosi tagaküljel toetaksena, vormida vastavalt soovitud painutatud asendisse, millesse tuleb küünarliigese fikseerida. Ortoosi käe alumisele küljele (peopesa) paigaldatud ja eelvormitud aluminiiumtuge saab samuti vajadusel ümberpormida. Pärast seda paigutatakse küünarnukipolster ja juhatakse

Controleer nu of het ellebooggewricht goed gefixeerd wordt maar zonder dat de bloedcirculatie wordt verstoord. De aan de binnen- en buitenkant van de elleboog aangebrachte reversieband dient als extra remming tegen strekken en moet individueel worden afgesteld. Om het aanleggen te vereenvoudigen, kan het treklijep op de bovenarm indien gewenst worden weggeknipt.

Afnemen van de orthese

Voor het afnemen van de orthese maakt u de banden los en trekt u de orthese van de arm af.

Materiaalsamenstelling

PUR-schuim (PUR), katoen (CO), polyamide (PA)

Voor de precieze materiaalsamenstelling raadpleegt u het ingenaaide label.

Reinigingsinstructies

☒ Wasmachine op het programma voor fijne was
☒ Niet chemisch reinigen
☒ Geen bleekmiddel gebruiken (uitsluitend met kleur- of fijnwasmiddelen wassen)
☒ Niet drogen in de wasdroger
☒ Niet strijken
Geen wasverzachter gebruiken. Klittenbandsluiting sluiten om beschadiging van andere was te voorkomen. In model trekken en aan de lucht drogen.

Garantie

Voor het gekochte product gelden de wettelijke bepalingen van het land waarin u het product hebt gekocht. Raadpleeg uw vakhandel als u aanspraak wilt maken op garantie. Reinig het product voordat u het terugbrengt voor een garantiereclaim. Als de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies niet of onvoldoende in acht worden genomen, kan de garantie worden beperkt of nietig worden verklaard. Bij gebruik voor een hier niet vermelde indicatie, bij veronachtzaming van de gebruiksrisico's en -instructies, en bij eigenhandig uitgevoerde veranderingen in de garantie nietig.

Gebruiks- en levensduur van het product

De levensduur van dit medische product wordt bepaald door de natuurlijke slijtage bij vakkundig gebruik conform de indicatie.

Meldplicht

Als het gebruik van dit medische product leidt tot een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand, moet u dit melden aan uw vakhandel of aan ons als fabrikant, maar ook aan de GJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). U vindt onze contactgegevens in deze gebruiksaanwijzing. De contactgegevens van de aangemelde instantie vindt u via de volgende link: www.bort.com/md-eu-contact.

Weggooien

Wanneer de levensduur van het product is verstreken, moet dit product conform de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

Conformiteitsverklaring

Wij bevestigen dat dit product voldoet aan de eisen van VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. De actuele conformiteitsverklaring vindt u via de volgende link: www.bort.com/conformity

Versie: 10-2019

MD Medisch hulpmiddel | 👤 Eén patiënt – meervoudig gebruik

Nakonec zkontrolujte, zda je loketní kloub bezpečně fixován, ale nedochází k městrnání krevního oběhu. Vratná uzda umístěná na vnitřní a vnější straně v oblasti loketního ohybu slouží jako další zábrana roztažení a nastavuje se individuálně. Pro usnadnění přiložení lze případně vyříznutím odstranit navlékací pomůcku na nadloktí.

Odložení

Chcete-li výrobek odložit, uvolněte pásy a sejměte ortézu z paže.

Složení materiálu

PUR pěna (PUR), bavlna (CO), polyamid (PA)

Přesné složení materiálu naleznete na všité textilní etiketě.

Pokyny k čištění

☒ Šetrné praní
☒ Nečistit chemicky
☒ Nebělit (prát pouze v pracím prostředku na barevné prádlo nebo jemném pracím prostředku)
☒ Nesušit v sušičce
☒ Nežehlit
Nepoužívejte aviváž. Abyste předešli poškození jiných kusů prádla, zapněte uzávěr se suchým zipem. Vytáhněte do tvaru a sušte na vzduchu.

Záruka

Pro zakoupený výrobek platí zákonná ustanovení země, ve které jste výrobek zakoupili. V případě podezření na záruční případ se obraťte na svého specializovaného prodejce. Před uplatněním záruky výrobek vyčistěte. Pokud přiložené pokyny k návodu k použití nebyly dostatečně dodrženy, může být záruka omezena nebo zaniká. Vyloučeno je záruční plnění při použití v rozporu s indikacemi, nedodržení aplikačních rizik, pokynů a svévolném provedení změn na výrobku.

Doba použití/ životnost výrobku

Životnost zdravotnického prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

Oznamovací povinnost

Dojde-li při používání zdravotnického prostředku k vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, oznamte to svému odbornému prodejci nebo nám coby výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Naše kontaktní údaje naleznete v tomto návodu k použití. Kontaktní údaje oznámeného subjektu ve vaší zemi naleznete pod následujícími odkazem: www.bort.com/md-eu-contact.

Likvidace

Po ukončení použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že tento výrobek splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745. Aktuální prohlášení o shodě naleznete na následujícími odkazu: www.bort.com/conformity

Stav: 10.2019

MD Zdravotnický prostředek | 👤 Jeden pacient – vícenásobné použití

läbi D-rõngaste fikseerimisrihmad, mis on varustatud väljatulekut takistava tõkkega.

Nüüd saab ortoosi paigaldada käele; küünarluu tipp peab asetsema aluminiiumtugele paindes (kumeruses) polstri peal. Esimene takjakinnis juhitakse üle nideme põidla ja nimetissõrme vahel ning kinnitatakse ortoosile. Juba läbi D-rõngaste juhitud fikseerimisrihmad pingutatakse ja suletakse, alustades küünarvarrelt.

Seejärel kontrollige, et küünarliigese oleks küll kindlalt fikseeritud, ent ei tekiks häireid vereringes. Küünarvarre sise- ja väliskülje piirkonda paigutatud pöördrihm on mõeldud lisatakestuse sirutamise vastu ja see seadistatakse individuaalselt. Paigaldamise hõlbustamiseks võib õlavarre piirkonna libisesisabi vajadusel lõigates eemaldada.

Eemaldamine

Toote eemaldamiseks vabastage rihmad ja võtke ortoos käelt maha.

Koostis

PUR-vaht (PUR), puuvill (CO), polüamiid (PA)

Materjali täpset koostist saate vaadata sisseõmmeldud tekstiilietiketilt.

Puhastamisjuhised

☒ Õrn pesutisukeel
☒ Mitte keemiliselt puhastada
☒ Mitte pleegitada (pesta üksnes värvilise pesu pesemiseks mõeldud pulbri või pehmetoimelise pesuvahendiga)
☒ Mitte kuivatada pesukuiivatis
☒ Mitte triikida
Ärge kasutage pesuloputusvahendit. Sulgege takjakinnis, et vältida teiste pesuesemete kahjustamist. Venitage vormi ja laske õhu käes kuivada.

Garantii

Omandatud tootele kehtivad selle riigi seadusesätted, kus olete toote hankinud. Garantiiõude kahtluse korral pöörduge oma edasimüüja poole. Puhastage toodet enne garantiinõude esitamist. Kui kasutusjuhendi juhiseid ei järgitud piisavalt, võib see mõjutada garantiid või selle tühistada. Garantiiõigus on välisstatud muul kui näidustuste kohasel kasutamisel, kasutamisega seotud ohtude, juhiste eiramisel, samuti toote omavolliste muudatuste tegemisel.

Toote kasutusiga

Meditsiiniseadme kasutusea määrab loomulik kulumine asja- ja nõuetekohasel kasutamisel.

Teatamiskohustus

Kui meditsiiniseadme kasutamisel halveneb tervislik seisund olulisel määral, teavitage sellest oma edasimüüjat või meid kui tootjat ning ka Eesti Terviseametit.

Meie kontaktandmed leiате käesolevast kasutusjuhendist. Nimetatud asutuse kontaktandmed teie riigis saate järgmiselt veebiadressilt: www.bort.com/md-eu-contact.

DE deutsch Gebrauchsanweisung
EN english Instructions for use
FR français Mode d'emploi
ES español Instrucciones de uso

IT italiano Istruzioni per l'uso
NL nederlands Gebruiksaanwijzing
CS český Návodů k použití
ET eesti Kasutusjuhend

PL polski Instrukcji użytkowania
RO românesc Instrucțiuni de utilizare

 PDF: [ga.bort.com](#)



BORT GmbH
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | [www.bort.com](#)



Jäätmekäitlus
Pärast kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

Vastavusdeklaratsiooni
Kinnitame, et käesolev toode vastab EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

MÄÄRUSE (EL) 2017/745 nõuetele. Kehtiva vastavusdeklaratsiooni leiate järgmiselt lingilt: [www.bort.com/conformity](#)

Seisuga: 10.2019

 Meditsiiniseade |  Ühel patsiendil korduvalt kasutatav

PL BORT KubiFX Orteza stawu łokciowego długa

Dziękujemy za zaufanie firmie BORT GmbH i jej wyrobom medycznym. Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lekarzem lub dostawcą, od którego otrzymali Państwo niniejszy wyrób medyczny.

Przeznaczenie

Niniejszy wyrób medyczny jest ortezą służącą do unieruchomienia stawu łokciowego oraz części promieniowo-łokciowej stawu łokciowego.

Wskazania

Przed operacjami, po operacjach, po przebytych urazach, np. w przypadku proksymalnego zespolu kanału łokciowego, tendinopatii zstępującej, zapalenia nadkłykcia, po bursektomii

Przeciwwskazania

Zaburzenia odpływu limfy oraz obrzęki tkanek miękkich niejasnego pochodzenia występujące odsiednie od zastosowanej pomocy ortopedycznej, zaburzenia czuciowe i krążenia w zaopatrywanej okolicy ciała, choroby skóry w zaopatrywanej części ciała

Ryzyko związane z użytkowaniem / Ważne wskazówki

- Niniejszy wyrób medyczny może zostać przepisany na receptę. Prosimy o konsultowanie czasu i sposobu użytkowania z lekarzem przepisującym.
- Wykwalifikowany personel, od którego otrzymają Państwo wyrób medyczny, pomoże w wyborze odpowiedniego rozmiaru i poinstruuje, jak go użytkować.
- zdjąć wyrób medyczny przed badaniem radiologicznym
- w przypadku wystąpienia drętwienia lub odcisków poluzować lub w razie potrzeby zdjąć wyrób medyczny
- jeżeli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem lub dostawcą
- użytkować wyrób medyczny zgodnie ze wskazaniami
- jednoczesne stosowanie innych produktów dozwolone jest wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym
- nie wprowadzać żadnych zmian w wyrobie medycznym
- nie użytkować na ranach otwartych
- nie użytkować w przypadku nietolerancji któregośkolwiek z użytych materiałów
- nie użytkować ponownie w przypadku innego pacjenta – niniejszy wyrób medyczny przeznaczony jest do użytku przez jednego pacjenta

Instrukcja zakładania

Orteza jest jednocześnie i posiada przymocowaną na rzep wyścielaną podkładkę pod łokieć, którą można dowolnie dopasować. Przed założeniem ortezę stawu łokciowego BORT KubiFX należy dostosować obydwie wstępnie wygięte szyny aluminiowe umieszczone w kieszeniach szyny z tyłu ortezę zgodnie z żądaną pozycją zgięcia, w której będzie unieruchomiony staw łokciowy. W razie potrzeby można również zmienić kształt wbudowanej w ortezę i wstępnie ukształtowanej szyny aluminiowej znajdującej się w spodniej części ramienia. Następnie ustawia się wyścielaną podkładkę pod łokieć, a paski mocujące, wyposażone w blokadę przesuwną, przekłada się przez sprzączki w kształcie litery D.

Ortezę można teraz założyć na ramię; wyrostek łokciowy należy umieścić na podkładce w miejscu zgjęcia aluminiowych szyn. Pierwsze zapięcie na rzep należy prowadzić przez spoidło pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym i mocować na rzep do ortezy. Paski mocujące po przełożeniu przez sprzączki w kształcie litery D należy – rozpoczynając od przedramienia – naciągnąć i zapiąć.

RO BORT KubiFX Orteză pentru cot lungă

Vă mulțumim pentru încrederea acordată unui dispozitiv medical produs de BORT GmbH. Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau comerciantului de la care ați achiziționat dispozitivul medical.

Destinația de utilizare

Acest dispozitiv medical este o orteză pentru imobilizarea articulației cotului și a articulației radio-ulanară proximale.

Indicații

Preoperatoriu, postoperatoriu, posttraumatic, de exemplu, în cazul sindromului de tunel cubital, tendinopatiei descendente, epicondilită, ulterior unei bursectomii

Contraindicații

Afecțiuni de drenaj limfatic, umflarea țesuturilor moi din cauze neclare distal față de dispozitivul medical auxiliar aplicat, perturbări senzoriale și ale circulației sanguine la nivelul regiunii tratate a corpului, boli cutanate la nivelul regiunii tratate

Riscuri asociate utilizării / indicații importante

- Acest dispozitiv medical este un produs disponibil pe bază de prescripție. Discutați despre modul de utilizare și durata utilizării cu medicul dumneavoastră curant. Personalul specializat de la care ați primit dispozitivul medical va selecta dimensiunea adecvată a acestuia și vă va oferi instruire cu privire la modul de utilizare.
- îndepărtați dispozitivul medical înaintea examinărilor radiologice
- în cazul unor senzații de amorțeală sau escare, slăbiți dispozitivul medical sau îndepărtați-l, dacă este necesar
- contactați medicul sau comerciantul, dacă simptomele persistă
- utilizați dispozitivul medical conform indicațiilor
- utilizarea simultană a altor produse este permisă numai după consultarea cu medicul dumneavoastră
- nu modificați produsul
- nu aplicați produsul pe plăgi deschise
- nu utilizați produsul în cazul intoleranței la unul dintre materialele componente
- produs nereutilizabil – acest dispozitiv medical auxiliar este destinat tratamentului unui singur pacient

Instrucțiuni privind aplicarea produsului

Orteza constă dintr-o singură piesă și dispune de o pernă de protecție pentru cot cu poziție ajustabilă, atașată la orteză prin intermediul unui sistem tip velcro. Înainte de aplicarea ortezei pentru cot BORT KubiFX, cele două atele din aluminiu pre-curbate, aflate în compartimentele pentru atele de pe partea posterioară a ortezii, trebuie să fie îndoite în funcție de poziția de flexie în care se dorește fixarea articulației cotului. De asemenea, atela din aluminiu preformată, integrată în orteză la nivelul părții inferioare a brațului (în regiunea palmei) poate fi îndoită în vederea reglării flexiei. Ulterior, pernița de protecție pentru cot trebuie poziționată corespunzător, iar benzile de fixare prevăzute cu un sistem de blocare anti-alunecare trebuie introduse prin inelele D. Orteza poate fi apoi aplicată la nivelul brațului; proeminența cotului trebuie să fie poziționată pe pernă, la nivelul secțiunii îndoite (curburii) a atelelor din aluminiu. Prima bandă tip velcro este introdusă prin comisura dintre police și degetul arătător și prinsă de orteză. Benzile de fixare introduse prin inelele D sunt strânse și închise – începând de la antebraț. La final, verificați dacă articulația cotului este fixată corespunzător, fără congestionarea circulației sanguine. Cureaua reversibilă de pe căptușeala

Na koniec sprawdzić, czy staw łokciowy jest dobrze unieruchomiony, ale tak, by nie zablokować przepływu krwi. Paski powstrzymujące, które są zamontowane wewnątrz i na zewnątrz w obszarze zgjęcia łokciowego, służą jako dodatkowe elementy hamujące wyprost i są indywidualnie regulowane. Aby ułatwić zakładanie, można wyciąć pasek pomocniczy w górnej części ramienia.






Zdejmowanie

W celu zdjęcia wyrobu, poluzować paski i zdjąć ortezę z ramienia.

Skład

Pianka poliuretanova (PUR), bawełna (CO), poliamid (PA)
Dokładną informację na temat składu materiału można znaleźć na wszytej metce.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

-  Prac w trybie delikatnym
 -  Nie czyścić chemicznie
 -  Nie wybielać (prac tylko z zastosowaniem środków do tkanin łagodnych lub kolorowych)
 -  Nie suszyć w suszarce
 -  Nie prasować
- Nie stosować płynu do zmiękczenia tkanin. Zapiąć rzep, aby nie uszkodzić pranych razem z ortezą ubrań. Uformować i suszyć na powietrzu.

Gwarancja

W przypadku niniejszego produktu mają zastosowanie przepisy kraju, w którym został on zakupiony. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dostawcą, u którego zakupili Państwo produkt. Prosimy o wyczyszczenie produktu przed złożeniem do reklamacji. Nieprzestrzeganie wskazań zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może skutkować ograniczeniem lub utratą gwarancji. Nie udziela się gwarancji w przypadku użytkowania niezgodnego ze wskazaniami, nieprzestrzegania ryzyka związanego z zastosowaniem i instrukcji użytkowania lub wprowadzania zmian w produkcji.

Czas użytkowania / Trwałość produktu

Trwałość wyrobu medycznego zależy od naturalnego zużycia przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z instrukcją użytkowania.

Obowiązek zgłaszania incydentów

Jeśli podczas użytkowania wyrobu medycznego dojdzie do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, należy poinformować dystrybutora lub nas jako producenta oraz Departament Monitorowania Niepożądanych Działañ Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nasze dane kontaktowe znajdują się w niniejszej instrukcji użytkowania. Dane kontaktowe jednostki w danym kraju można znaleźć, klikając na poniższy link: [www.bort.com/md-eu-contact](#).

Utylizacja

Po użyciu produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności

Potwierdzamy, że ten produkt spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745. Aktualna deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym: [www.bort.com/conformity](#)

Stan na: 10.2019 r.

 Wyrób medyczny |  Wielokrotne użycie u jednego pacjenta

interioară și exterioră a ortezii, din regiunea fosei antecubitale, servește ca element suplimentar anti-extensie și este ajustată în funcție de pacient. Pentru facilitarea aplicării ortezii, sistemul de blocare anti-alunecare de la nivelul părții superioare a brațului poate fi îndepărtat prin decupare.






Îndepărtarea produsului

Pentru îndepărtarea produsului, desfaceți benzile și scoateți orteza de pe braț.

Compoziție

Spumă poliuretanică (PUR), bumbac (CO), poliamidă (PA)
Pentru informații privind compoziția exactă, vă rugăm să consultați eticheta textilă aplicată la nivelul produsului.

Indicații privind curățarea

-  Program de spălare pentru articole delicate
 -  A nu se curăța chimic
 -  A nu se folosi înălbitor (a se spăla numai cu detergenți pentru rufe colorate sau delicate)
 -  A nu se usca prin centrifugare
 -  A nu se călca
- A nu se utiliza balsam de rufe. Închideți sistemul tip velcro pentru a evita deteriorarea altor articole vestimentare. Readeuceți produsul la forma inițială și lăsați să se usuce la aer.

Garanție

Se aplică prevederile legale din țara în care a fost achiziționat produsul. Pentru eventuale pretenții de garanție, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să curățați produsul înaintea formulării unei pretenții de garanție. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate afecta condițiile de acordare a garanției sau poate duce la anularea acesteia. Garanția este exclusă în cazul utilizării produsului în mod contrar indicațiilor, dacă nu sunt luate în considerare riscurile asociate utilizării, în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare, precum și în cazul modificărilor neautorizate la nivelul produsului.

Durata de utilizare / durata de viață a produsului

Durata de viață a produsului este determinată de uzura naturală în cazul utilizării acestuia în mod corespunzător și conform recomandărilor.

Obligația de notificare

Aveți obligația de a notifica distribuitorului specializat de la care a fost achiziționat produsul sau producătorului, precum și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale orice eveniment care duce la agravarea semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate în timpul utilizării acestui dispozitiv medical. Datele noastre de contact sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare. Pentru datele de contact ale autorității desemnate din țara dumneavoastră, vă rugăm să accesați următorul link: [www.bort.com/md-eu-contact](#).



Eliminare ca deșeu

La finalul duratei de viață, produsul trebuie eliminat ca deșeu conform reglementărilor locale aplicabile.

Declarații de conformitate

Confirmăm faptul că acest produs corespunde cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Pentru varianta actuală a declarației de conformitate, accesați următorul link: [www.bort.com/conformity](#)

Versiunea: 10.2019

 Dispozitiv medical |  Un singur pacient – utilizare multiplă