



HF HØJTVÆNGE

Ågerupvej 100, 2750 Ballerup +45 2128 7686

Link: www.hojtænge.dk Mail: mail@hojtænge.dk

Hjertestarter i Højtænge virker ikke.

Vi har været i kontakt med Tryk Fonden, som står for information om, hvor hjertestartere er ophængt i Danmark.

Vores hjertestarter er ophængt i et skab ved indgangen til Laden.

Den er desværre ikke serviceeret, deadline for udskiftning af batteri og service var i efteråret 2020.

Vi har derfor ville bestille service, så den virker og kan bruges, men det kan vi ikke.

Lægemiddelstyrelsen har tilbagekaldt den model vi har hængende i Højtænge tilbage i 2019, fordi den ikke opfylder deres krav.

Vi har derfor valgt, at få fjernet information om vores forening fra Trykfondens hjemmeside, indtil vi har fundet en anden løsning og model.

<https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/trykfonden-hjertestart>

Det vil ikke være til at bære, at mennesker som skal hjælpe i forbindelse med et hjertestop, løber forgæves efter hjælp.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen