

# Manual MediLime Tummy Button

## Tips 1. Knapp kontroll:

- Det är viktigt att du kontrollerar stomin dagligen för rodnad och / eller svullnad.
- Glöm inte att också kontrollera mängden vatten i ballongen. Kontrollera dessa en till två gånger i månaden och fyll på om det behövs.

## Tips 2. Byta ut knappen:

- Vi råder dig alltid att tvätta händerna först med tvål och vatten och låt torka ordentligt. Om det behövs kan du använda handskar.
- Det är bra att rengöra knappen med ljummet vatten. Gör detta helst i en roterande rörelse från öppningen till utsidan.
- Med den medföljande sprutan kan du ta bort vattnet från ballongen på den nuvarande knappen. Ta sedan bort knappen. Placera aldrig sprutan direkt på matningsporten på knappen. Detta kan orsaka skador.
- Du kan rengöra magöppningen / stomin med den medföljande kompressen och ljummet vatten.
- Det medföljande vattenbaserade smörjmedlet kan appliceras runt och i stomin och på knappen. Oljebaserat smörjmedel avråds starkt från användning då det kan påverka ballongen.
- Den medföljande inmatningsledaren kan vara ett praktiskt hjälpmedel för de längre knapparna eller om det finns ärrvävnad vid fistelöppningen. Ledaren ger sondröret extra styrka. I de flesta fall är det inte nödvändigt att använda inmatningsledaren. Om det är nödvändigt, placera inmatningsledaren helt i strömporten. Inmatningsledaren får under inga omständigheter skjutas ut från knappen.
- Om du upplever mycket motstånd i fistelkanalen rekommenderar vi att du avslutar ingreppet och kontaktar din behandlande läkare och / eller sjuksköterska.
- Nu kan du enkelt sätta in knappen.
- Under placeringen är det nödvändigt att du håller knappen intryckt mot huden. Dra sedan ut inmatningsledaren och fyll ballongen med det antal ml som anges på knappen.
- Testa alltid om knappen är korrekt placerad i magen. Om du är osäker råder vi dig att kontakta din behandlande läkare och / eller sjuksköterska.



## Tips 3. Matning och / eller administrering av läkemedel:

- För att mata och applicera medicinering behövs en matslang. Vänligen läs vårdtips för matslang.
- Innan du administrerar näring och / eller medicin rekommenderar vi att du spolar knappen och matslangen med 10 ml ljummet vatten. Med barn kan du använda 3-5 ml vatten. Följ detta råd och använd inte mer än föreskrivet.
- Om du har kopplat bort matslangen, håll den på ett torrt och rent ställe.

## Tips 4. Placering av knappen:

- Vi rekommenderar att du byter ut knappen var tredje månad.

*Vi vill påpeka att ovanstående vårdtips är råd från Wira Medical AB i samarbete med tillverkaren MediLime. Dessa kan skilja sig från de protokoll som ditt sjukhus eller din institution använder. Vid tveksamhet råder vi dig att alltid kontakta din läkare och / eller sjuksköterska.*